試験検査成績書

第 AG80600044-001 号
平成30年6月18日

株式会社ＬＯＨＡＳＴＹＬＥ　　様

平 成 30 年 6 月 13 日

ご依頼を受けました検査の結果は、
下記のとおりです。

環境計量証明事業所　静岡県公認登録第148の6号
食品衛生法登録機関 厚生労働省発東海環第0222001号
水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター
〒426-0041　静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL〈054〉-634-1000　FAX〈054〉-634-1010

成績書署名者　東城　義博

試　料　名	ナチュラルミネラルウォーター（9.3L）
採取年月日：時刻	－
特　記　事　項	製造日：平成30年6月6日　賞味期限：平成30年12月6日 測定日：2018.06.15

注）試料名及び採取年月日、時刻、特記事項については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

検　査　項　目	単位	結　果	検出限界	検　査　方　法
放射性ヨウ素（ヨウ素131）	Bq/kg	検出されない	0.8	*
放射性セシウム（セシウム134）	Bq/kg	検出されない	0.8	*
放射性セシウム（セシウム137）	Bq/kg	検出されない	0.9	*
放射性セシウム（合計値）	Bq/kg	検出されない	---	
－以下余白－				

*食品中の放射性セシウム検査法（平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部）
注）検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。
注）測定結果は測定日における濃度を表します。

○記入された試験結果は、試験された試料のみに関するものです
○当社の書面による承認がない限り、試験検査成績書の一部分だけを複製することは御遠慮ください